

ร่าง
กฎกระทรวง

กำหนดเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้

พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาตรา ๘ (๖) มาตรา ๒๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ให้ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล ดังต่อไปนี้ ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้

- (๑) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (general x-ray machine)
- (๒) เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม (dental x-ray machine)
- (๓) เครื่องเอกซเรย์เต้านม (mammographic x-ray machine)
- (๔) เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก (bone densitometer)
- (๕) เครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือด (angiogram or digital subtraction angiography)
- (๖) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography machine)
- (๗) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี (fluoroscopy x-ray machine)
- (๘) เครื่องจำลองการรักษาแบบทั่วไป (conventional simulator)
- (๙) เครื่องจำลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ (computed tomography simulator)
- (๑๐) เครื่องเอกซเรย์แบบหมุนได้ (rotational fluoroscopy x-ray machine)
- (๑๑) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (mobile x-ray unit)
- (๑๒) รถเอกซเรย์ (vehicle x-ray unit)
- (๑๓) เครื่องเอกซเรย์สัตว์ (veterinary x-ray machine)
- (๑๔) หลอดเอกซเรย์หรือหลอดเอกซเรย์พร้อมเรือนหลอด (tube housing) ของเครื่อง

กำเนิดรังสีตามรายการที่ (๑) ถึง (๑๓)

(๑๕) เครื่องกำเนิดรังสีอื่นที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล หรือหลอดเอกซเรย์ หรือหลอดเอกซเรย์พร้อมเรือนหลอด ของเครื่องกำเนิดรังสีอื่นนั้น ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ.....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข